

Étiquette avec témoin de stérilisation

L'étiquette avec témoin de stérilisation permet de vérifier d'un simple coup d'oeil si l'instrument a bien été stérilisé ou non suite au passage dans un autoclave.

Une étiquette à votre image

L'étiquette peut se présenter de cette manière:

Double étiquette

Décoller ici

Colle résistante (au dos) au passage en autoclave

DÉCOLLER ICI	MATERIEL :		N° cycle stérilisation :	
			
		Date	Date péremption	Visa
	Nettoyage / / / /
	Stérilisation / / / /

Témoin de stérilisation irréversible

Informations à remplir pour le suivi du process

La force de **GEN'ÉTIQ** est de proposer à chacun de ses clients une personnalisation qui leur convient:

- Modification du texte
- Format différent
- Ajout d'un logo
- Rendre l'étiquette indécollable ou au contraire facilement enlevable.

Un fonctionnement simple

Inscrivez les informations demandées, collez l'étiquette sur l'instrument ou le bac à faire stériliser. Après son cycle en autoclave, la bande témoin vire du rose au marron pour confirmer que le processus a bien été respecté (testé dans nos locaux après 15 minutes à 120°C).



Il existe plusieurs types de stérilisation:

- La stérilisation à la vapeur, utilisée dans le domaine médical (autoclave) ou alimentaire.
- La stérilisation à basse température utilisant l'oxyde d'éthylène (milieu vétérinaire); au peroxyde d'hydrogène (pour certains dispositifs médicaux thermosensibles); au gaz formaldéhyde (efficace en milieu humide); par radiation.

Précisez votre type de stérilisation et **GEN'ÉTIQ** s'adaptera à votre matériel.